

**Asiakastiedote**

10/2020

13.2.2020

Sivu 1/1

**Arvoisa asiakas,****Tulostasomuutos tutkimuksessa Trijodityroniini, vapaa****Trijodityroniini, vapaa**  
**S -T3-V                      KL 2775**

Tutkimuksen tulostasossa on tapahtunut muutos 28.10.2019 alkaen. Reagenssierän tulostaso on keskimäärin 1 pmol/l korkeampi kuin ennen 28.10.2019 vastatuissa näytteissä. Tästä johtuen viitearvon 5 pmol/l ylittäviä tuloksia vastataan n. 30-prosenttiyksikköä enemmän kuin ennen. Tuloksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon, että viitearvoja ei ole korjattu, sillä tasomuutos on väliaikainen.

Muutos johtuu käytetystä reagenssista ja uuden reagenssierän valmistukseen liittyvästä muutoksesta. Tulostason palauttavaa reagenssierää ei toistaiseksi ole saatavilla. Reagenssivalmistajamme selvittää tapahtunutta ja tiedotamme asian etenemisestä.

Pahoitlemme tapahtunutta.

**Tiedustelut:**

Lääketieteellinen johtaja Tommi Vaskivuo  
puh. 040 820 2529  
tommi.vaskivuo@synlab.fi