

## Asiakastiedote

91/2022

6.9.2022

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

### Parathormonin lähetysohje- ja viitearvomuuotos

**Parathormoni**  
**fP-PTH KL 4560**

Muutokset koskevat Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Parathormonin säilyvyyden parantamiseksi muutamme näytteen lähettämisohjetta. Plasmaa ei enää eroteta lähetävässä laboratoriossa, vaan näyte tulee lähettää analysoitavaksi EDTA-kokoverenä. Näyte säilyy huoneenlämmössä 3 vrk. Parathormonin säilyvyyden parantuessa samalla päivitetään myös viitearvoja.

**Uusi lähetysohje**      EDTA-kokoveri lähetetään 2 vrk:n sisällä näytteenotosta

**Uudet viitearvot**      19 - 85 ng / l      (vanha viitearvo 15 - 65 ng / l)

Uusi lähetysohje ja viitearvot otetaan käyttöön 29.9.2022.

### Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

[ammattilaisneuvonta@synlab.fi](mailto:ammattilaisneuvonta@synlab.fi)