

**Asiakastiedote**

**18/2024**

**28.2.2024**

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

**Virheellisen matala tulostaso**

**Alfa-1-antitrypsiini**

**S -Antitry KL 1038**

Alfa-1-antitrypsiinin tulostaso on ollut poikkeavasti noin 12 % normaalia matalampi 3.4.2023 - 25.1.2024 välisenä aikana vastatuissa potilasnäytteissä. Syy tulostason laskuun on ollut käytetyn kalibraattorin liian suuri pitoisuus.

Pyydämme huomioimaan matalamman tulostason potilastuloksien tulkinnassa. Korjatun tuloksen voi laskea lisäämällä raportoituun tulokseen 12 % tai tarvittaessa suosittelemme uusintanäytettä potilaille, joiden tuloksia on vastattu ko. ajankohtana.

Pahoittelemme tapahtunutta ja siitä aiheutuvaa haittaa.

**Tiedustelut**

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

[ammattilaisneuvonta@synlab.fi](mailto:ammattilaisneuvonta@synlab.fi)