

Arvoisa asiakas,

Erytropoietiini, lapsivedestä -tutkimuksen viitearvot muuttuvat 10.1.2017. Samalla päivitämme ohjeen sekä lapsivesi- että seeruminäytteiden säilytys- ja lähetyslämpötiloista.

Erytropoietiini, lapsivedestä
Am-EPO KL 4708

Otamme käyttöön alihankintalaboratoriomme viitearvot ja päivitämme samalla ohjeen näytteen säilytys- ja lähetyslämpötilasta.

Viitearvot

	Uusi viitearvo
Kaikki	alle 3 IU/l

Tulkinta Raja-arvo 3 – 27 IU/l
 Kohonnut yli 27 IU/l

Näyte 2 ml lapsivettä

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy viikon jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä, mikäli näyte on perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmälähetys. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Erytropoietiini, seerumista
S -EPO KL 1339

Ohje näytteen säilytys- ja lähetyslämpötilasta muuttuu.

Näyte 1 ml (minimi 0.8 ml) seerumia. Näyte otetaan aamulla klo 7-12, jos mahdollista mieluummin klo 8:00 - 10:00 välillä. Näyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta seerumi on erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy vuorokauden jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä, mikäli näyte on perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Tutkimuksen Am-EPO viitearvomuutos koskee niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 10.1.2017 ja siitä eteenpäin. Muutokset säilytys- ja lähetyslämpötiloissa koskevat näytteitä, jotka saapuvat laboratorioomme 10.1.2017 alkaen.

Tiedustelut:

kemisti Heidi Nousiainen
puh. 050 401 0726
heidi.nousiainen@medix.fi

alihankintakoordinaattori Heidi Konttinen
puh. 050 431 4532
heidi.konttinen@medix.fi