

Arvoisa asiakas,

Laitteen toimintaongelma aiheuttaa vastausviiveitä

D-vitamiini-1,25-OH
S -D-1,25 KL 3163

Laitteen toimintaongelman takia S -D-1,25-tutkimuksessa on vastausviiveitä. Pahoittelemme ongelmasta aiheutuvaa häiriötä.

Tiedotamme kotisivuillamme heti, kun laitteen toimintaongelma on saatu korjattua ja näytteitä voidaan jälleen analysoida normaalisti.

Tiedustelut:

kemisti Hannakaisa Jaatinen
puh. 040 922 3140
hannakaisa.jaatinen@medix.fi

asiakaspalvelu
puh. (09) 525 61