

Arvoisa asiakas,

**Hemoglobiini-A1c tutkimuksen rakenne muuttuu,
%-yksikkö jää pois käytöstä**

**Hemoglobiini A1c, verestä
B -HbA1c KL 6128**

Siirrymme käyttämään vastauksissa ainoastaan SI-yksikköä (mmol/mol) ja samalla luovutaan %-yksiköstä yhteisen kansallisen käytännön mukaisesti. (Penttilä I, ym. HbA1c-tulokset yhdenmukaisiksi. Suomen Lääkärilehti 33: 2016-2017, 2015.)

Muutoksen seurauksena tutkimuspaketin B -HbA1c (KL 6128) osatutkimus B -Hb-A1C (KL 1560) jää pois käytöstä.
Tulosraporttiin ei enää jatkossa tulostu osatutkimuksen tulosta.

Tietoliikenteen osalta tulee huomioida se, että jatkossa Hemoglobiini-A1c – tutkimus on yksittäistutkimus (ennen paketti). Omaan tietojärjestelmään tulee tehdä tarvittavat muutokset. Muutoksen jälkeen testipyynnön voi tarvittaessa lähettää tietohallintoomme.

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 26.6.2017 ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut:

kemisti: Arto Katajamäki
puh. 050 573 5462
arto.katajamaki@medix.fi

Tietohallinto:

Maria Leppänen
puh. 043 825 9315
maria.leppanen@medix.fi