

Arvoisa asiakas,

### Tekopaikka- ja viitearvomuuotos

#### Natriureettinen peptidi, B-tyypin N-terminaalinen propeptidi

**P -proBNP KL 4760**

Siirrämme tutkimuksen tehtäväksi toiseen alihankintalaboratorioon. Tutkimus on akkreditoitu uuden tekopaikan laatu järjestelmän mukaisesti. Viitearvot muuttuvat, mutta tutkimuksen muut tiedot säilyvät ennallaan.

Menetelmä säilyy samana, mutta tekopaikkamuutoksesta johtuen tulostaso on keskimäärin noin 8 % nykyistä matalampi. Mahdollinen tulostasomuutos tulee huomioida erityisesti seurantapotilaiden kohdalla. Tarvittaessa suosittelemme seurantanäytteen ottamista lyhyemmällä aikavälillä uuden tulostason määrittämiseksi.

#### Viitearvot 19.6.2018 asti

<b>Naiset</b>	
<b>Ikä</b>	<b>Viitearvot (ng/l)</b>
alle 45 v	alle 116
45 - 54 v	alle 169
55 - 64 v	alle 247
65 - 74 v	alle 285
≥ 75 v	alle 738

<b>Miehet</b>	
<b>Ikä</b>	<b>Viitearvot (ng/l)</b>
alle 45 v	alle 63
45 - 54 v	alle 84
55 - 64 v	alle 161
65 - 74 v	alle 241
≥ 75 v	alle 486

#### Uudet viitearvot 20.6.2018 alkaen

<b>Naiset</b>	
<b>Ikä</b>	<b>Viitearvot (ng/l)</b>
alle 45 v	alle 130
45 - 54 v	alle 249
55 - 64 v	alle 287
65 - 74 v	alle 301
≥ 75 v	alle 738

<b>Miehet</b>	
<b>Ikä</b>	<b>Viitearvot (ng/l)</b>
alle 45 v	alle 86
45 - 54 v	alle 121
55 - 64 v	alle 210
65 - 74 v	alle 376
≥ 75 v	alle 486

#### Huomautus

Korkeita biotiiniannoksia (> 5 mg/päivä) käytävillä henkilöillä näytteenotto tulisi suorittaa aikaisintaan 8 tunnin kuluttua viimeisimmästä biotiiniannoksesta. Korkeiden biotiiniannosten on todettu häiritsevän avidiini-biotiinileimaa käyttävien vasta-ainetestien tulosten luotettavuutta.

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 20.6.2018 ja siitä eteenpäin.

#### Tiedustelut:

alihankintakoordinaattori Heidi Konttinen

puh. 050 431 4532

heidi.konttinen@medix.fi